



compras cadeado <compras201330@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento. MedLevensohn. PREFEITURA MUNICIPAL BOA VISTA DO CADEADO-RS PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020

1 mensagem

Anneliza Argon <anneliza.argon@medlevensohn.com.br>

8 de maio de 2020 21:39

Para: compras201330@gmail.com

Cc: pedro pavao <pedro.pavao@medlevensohn.com.br>, Victoria Menezes <victoria.menezes@medlevensohn.com.br>, lais azevedo <lais.azevedo@medlevensohn.com.br>, Umberto Castrojr Castro <umbertocastrojr@gmail.com>, Alinny Rafalsky <alinny@medlevensohn.com.br>

Prezados, interessada em participar do pregão em tela, serve o presente para solicitar esclarecimento ao edital:

1. Os itens 52, 53, 54 e 55 referentes às lâminas informam que a unidade de medida para oferta de preço é "UNIDADE", porém o valor de referência informado sugere que o parâmetro para oferta de preços, na verdade, seriam "CAIXAS" de lâmina.

Considerando que essa informação é vital para a isonomia da competitividade entre as participantes, serve o presente para requerer seja esclarecido:

As lâminas referentes aos itens 52, 53, 54 e 55 devem ser cotadas em UNIDADE ou CAIXAS ?

2. O descritivo do item 57 não deixa claro qual é o tipo de lanceta que deverá ser ofertado pelas licitantes.

Considerando que há grande diferença de valor entre os tipos de lanceta, serve o presente para requerer seja esclarecido:

A lanceta referente ao item 57 deve ser do tipo SIMPLES ou RETRÁTIL ?

3. O edital não informa acerca dos lancetadores e glicosímetros em cedidos em comodato. Considerando que o eventual fornecimentos desses aparelhos, poderá interferir no valor da proposta ofertado, serve o presente para solicitar seja esclarecido:

A licitante vencedora deverá ceder em comodato os lancetadores e os glicosímetros?

Caso positivo, qual a quantidade de cada aparelho deverá ser cedida pela licitante vencedora?

Cordialmente,

MedLevensohn[®]

MASTER DEALER DISTRIBUTOR

ACON
DIABETES CARE

microlife

URIEL

wellion

VEROMED

medbem

Anneliza Argon

Jurídico

Escritório / Office: (21) 3557-1484

anneliza.argon@medlevensohn.com.br

www.medlevensohn.com.br



compras cadeado <compras201330@gmail.com>

Pedido de Esclarecimento. MedLevensohn. PREFEITURA MUNICIPAL BOA VISTA DO CADEADO-RS PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020

compras cadeado <compras201330@gmail.com>

11 de maio de 2020 13:55

Para: Anneliza Argon <anneliza.argon@medlevensohn.com.br>

Cc: pedro pavao <pedro.pavao@medlevensohn.com.br>, Victoria Menezes <victoria.menezes@medlevensohn.com.br>, lais azevedo <lais.azevedo@medlevensohn.com.br>, Umberto Castrojr Castro <umbertocastrojr@gmail.com>, Alinny Rafalsky <alinny@medlevensohn.com.br>

Boa Tarde

Vimos através deste prestar os esclarecimentos solicitados perante o Edital Pregão Eletrônico 09/2020.

1: Os itens 52,53,54 e 55 estão cotados em caixas contendo 100 unidades. Estes itens serão retificados de maneira a deixar claro sua especificação.

2: Lanceta solicitada é do tipo SIMPLES.

3: Não é necessário o fornecimento de lancetadores e glicosímetros em regime de comodato.


Qualquer dúvida permanecemos a disposição.

Att

Katieli Dalla Costa

Pregoeira

Dep. de Licitação



[Texto das mensagens anteriores oculto]