
ESCLARECIMENTO - PE 005/2021 - BOA VISTA DO CADEADO - ELBER

2 mensagens

Paola de Liz - Licitacao2 - Elber Medical <licitacao2@elbermedical.com.br>
Para: compras201330@gmail.com

2 de março de 2021 15:03

Boa tarde!

Gostaria de solicitar esclarecimentos à respeito do item 02 do PE 005/2021, em relação às medidas do produto.

O edital pede DIMENSÕES EXTERNAS DE NO MÍNIMO 198CM, **75 CM DE LARGURA** E 70CM DE PROFUNDIDADE.

alguma razão de serem estas medidas? Não poderá ser cotado valores aproximados? Pergunto isso, pois nosso produto tem diferença de 05 MM na largura do solicitado em edital, e como se trata de pouca diferença, gostaria de saber se há alguma razão para ser solicitado essas medidas exatas em edital.

Atenciosamente,

Paola de Liz Fontana

Licitação | Elber Geladeiras

Whatsapp: +55 (47) 3542-3000**Skype:** licitacao2@elbermedical.com.br

R. Progresso, 150, Centro

Agrônômica/SC - Brasil

89188-000

www.elbermedical.com.br

compras cadeado <compras201330@gmail.com>

Para: Paola de Liz - Licitacao2 - Elber Medical <licitacao2@elbermedical.com.br>

2 de março de 2021 17:12

Boa tarde

As medidas são de mínimas, podendo então ser maior que as do edital, mas não menor!

Att Vinicius Copetti



*Departamento de Licitações e Compras
Prefeitura de Boa Vista do Cadeado*

[Texto das mensagens anteriores oculto]