

esclarecimento

Caixa de entrada

26 de mar. de ?

Veridiana - Licitação1 - Elber Medical <licitacao1@elbermedical.com.br>

para mim

Boa tarde

Adquirimos o pregão eletrônico 13/2021 fiquei com duvida no item 1 freezer em questão da temperatura seria somente -18C, ou teria variação de temperatura?

att

Veridiana Fronza

Assistência de Vendas | Elber Medical

Whatsapp: +55 (47) 3542-3000
Skype: licitacao1@elbermedical.com.br

R. Progresso, 150, Centro
Agrônômica/SC - Brasil
89188-000

www.elbermedical.com.br



[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)

30 de mar. de ?



compras cadeado <compras201330@gmail.com>

para Veridiana

Bom dia

Ele tem que ter essa temperatura de trabalho na sua programação!

Att Vinicius Copetti



Livre de virus. www.avast.com