

# PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado  
Setor de Compras e Licitações  
Registro de Preços Eletrônico - 65/2023

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
-	-	01/09/2023 - 14:41	Termo de Referência item 106 CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA	05/09/2023 - 15:50	

Questionamento: Em breve leitura ao edital, nota-se que o termo de referência para o item 106, não possui informações suficientes para apresentar um equipamento.

Há um documento complementar para ser consultado?

Resposta: Cama hospitalar fowler motorizada com grade lateral STANDART, Movimentos fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular e cardíaco acionados por atuador elétrico blindado de tecnologia dinamarquesa

- Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica;

- Capacidade máxima: 150 kg.

Altura do produto (cm) 67,00

Largura do produto (cm) 88,00

Profundidade do produto (cm) 196,00

Voltagem Bivolt

Garantia 12 meses

Registro ANVISA/M.S. Isento.

Especificações

- Capacidade máxima: 150 kg;

- Dimensões: 1960mm x 880mm;

- Altura Mínima: 450 mm;

- Altura Máxima: 800 mm;

- Peso: 55 kg.

