

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado
Setor de Compras e Licitações
Registro de Preços Eletrônico - 50/2024

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
-	-	23/12/2024 - 14:49:13	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITEM 28 - KIT DIU ESTÉRIL DESCARTÁVEL	06/01/2025 - 16:23:09	

Questionamento: Bom dia, Prezado Pregoeiro!

• Interessados em participar do referido pregão, solicitamos aceite do modelo ofertado conforme explicamos abaixo:

EDITAL
Item 28
BOA VISTA DO CADEADO
35 unidades

Esclarecimento:

• Solicitado Kit com espéculo tamanho pequeno.
O kit Kolplast é equipado com espéculo médio, com as dimensões de largura da valva 28 mm, comprimento da valva 112 mm e comprimento total 156 mm. Solicitamos aceite do modelo ofertado. Kit DIU Estéril - 10.1222

Diante do exposto acima, aguardamos retorno e agradecemos a atenção!

Resposta: Pedido aceito!

